

Oppladbar
Smarttelefon-kompatibel
og universell tilkobling
Standard
Produkter

BRUKSANVISNING

Oppladbar BTE (Bak-øret)

Høreapparat



Lader



Oversikt

Oppladbar BTE med trykknapp	4
Lader	6

Forberedelser

Lade dine høreapparater	8
Lade din premium lader	10
Sette i og ta ut	11

Betjening

Slå av og på	15
Auto Av/På	15
Brukerkontroller	16
Edge Mode	16
Volumkontroll	17
Volumkontroll varseltoner	18
Batterivarsel	19
Programvalg	19
Demp	19
Multiflex Tinnitus nivåkontroll	20
Sporing av fysisk og sosial aktivitet	20

Retningsvirkning	20
Telefonbruk	21

Multiflex Tinnitus teknologi

Innledning	25
Autovarsling	25
Manuell varsling	25
Avbryte et varsel	26
Kontakter	26
Innstilling av Autovarsling	27
Indikatorer	28

Tilkobling

Bruk av mobiltelefon	29
Paring med en iOS enhet	29
Paring med en Android enhet	31

Tilbehør

Høreapparat	33
Lader	34
Standard lydslange	35
Tynn lydslange	36
Service og reparasjon	37
Feilsøking	38

Tips for bedre kommunikasjon

Sikkerhetsinformasjon	43
FDA Information	45
FCC Information	50

Funksjoner, kontroller og identifisering

Ditt høreapparat består av:


1. Hook
2. Mikrofoner
3. Trykknapp (brukerkontroll)
4. Plassering av høyre/venstre markering
RØD er til **høyre øre**, **BLÅ** er til **venstre øre**

Your hearing aid can be identified by:

5. Plassering av serienummer
6. Plassering av produsent- og modellnavn

Mulige koblinger:

7. Standard lydslange of formstøpt ørepropp
8. Tynn lydslange med Comfort Earbud
9. Tynn lydslange med formstøpt propp



Funksjoner, kontroller og identifisering

1. Holder for tørketablett
2. Rensebørste
3. Plass for Earbud/ørepropp
4. Ladeporter
5. LED indikatorer for høreapparatlading
6. LED indikatorer for laderens batteristatus*
7. Micro USB port**



*Finnes kun på Premium lader med innebygd batteri.

**Standard lader må være koblet til en ekstern strømkilde. (Stikkontakt)

Lade dine høreapparater



- Plasser dine høreapparater i laderen med hooken pekende mot innsiden av rommet
- Dine høreapparater vil automatisk slås av og begynne å lade så lenge din lader har strøm; Standard lader uten innebygd batteri krever en ekstern strømkilde (stikkontakt)
- Dine høreapparater vil automatisk slå seg på når du tar dem ut av laderen. Standard lader uten innebygd batteri krever en ekstern strømkilde (stikkontakt)
- Merk: LED-lysene viser status for hvert høreapparat:
 - Glødende grønn = Lader
 - Stabilt grønn = Fulladet*
 - Blinkende rød = Feilmelding – Fjern fra lader, vent til LED slukkes og sett høreapparatene på plass igjen. Hvis feilen fortsetter, kontakt din audiograf eller Starkey

* Hvis du bruker Premium lader uten strømledning, vil LED-lysene slukke ved full lading for å spare batteri.

- Lading kan foregå med lokket åpent eller lukket; dine høreapparater vil være fulladet i løpet av 3 ½ time*
- Det er trygt å la dem være i laderen etter at de er fulladet og når som helst du ikke har dem på
- Hvis du ikke skal bruke dine høreapparater over en lengre periode (noen uker) fjern ledningen fra laderen og ta høreapparatene ut av ladeportene. Høreapparatene må slås av manuelt ved å holde inn trykknappen i 3 sekunder. Du kan lagre dem i rommet bak ladeportene.
- Tørketabletten vil være effektiv i 3–6 måneder avhengig av fuktigheten i høreapparatene og generell luftfuktighet. Fargen vil endres fra blå til hvit når det er på tide å bytte den ut.

Kun for Premium lader med innebygd batteri

- Når du lader uten strømkabel vil LED indikatorene slukke når høreapparatene er fulladet
- For å restarte LED indikatorene når laderen ikke er tilkoblet strøm, ta ett høreapparat ut av ladeporten i 3 sekunder og sett det så tilbake igjen. (lyset varer i 10 sekunder – så vil LED indikatorene slukke igjen).

*Avhengig av modell; Standard lader uten eget batteri krever en ekstern strømkilde (Stikkontakt).

Lade din Premium lader*

- Når laderen er koblet til strøm og fulladet = 4 stabile LED-lys
- Ved lading uten strøm vil LED-lysene slukke etter 10 sekunder
- For å restarte LED-lysene når laderen er koblet fra strøm, fjern et høreapparat fra ladeporten i tre sekunder og sett det så tilbake igjen (restart varer i 10 sekunder, så vil de slukke igjen.)
 - 4 stabile > 75% reserve
 - 3 stabile < 75% reserve
 - 2 stabile < 50% reserve
 - 1 stabil < 25% reserve
 - 1 blinkende = Lite strøm igjen
- Ved lading av den bærbare laderen med medfølgende ledning, vil de 4 LED-lysene;
 - Gløde under lading
 - Være stabile ved full lading



Sette i og ta ut

Sette på plass høreapparat med formstøpt ørepropp (se illustrasjoner på neste side):

1. Hold øreproppen i bendet (festet mellom ørepropp og slange) mellom tommel og pekefinger.
2. Vri hånden litt fremover og før proppen med lydåpningen først forsiktig inn i øregangen.
3. Vri øreproppen litt bakover.
4. Dytt øreproppen forsiktig på plass med pekefingeren.
5. Løft høreapparatet over øret og plasser det bak øret med hooken hvilende mellom øret og tinningen.

For å ta ut høreapparat og formstøpt propp:


Løft høreapparatet over øret og dra øreproppen forsiktig ut av øret med samme grep som da du satte den inn. Vri proppen litt bakover. Det kan også hjelpe å dra øreflippen forsiktig nedover samtidig som du trekker proppen ut.



1



2



3




4




5

Innsetting med komfort earbud:

1. Før komfort earbud forsiktig inn i øregangen. Hold slangen mellom tommel og pekefinger som illustrert.
2. Løft høreapparatet over øret og plasser det bak øret med hooken hvilende mellom øret og tinningen.
3. Plasser det fleksible festet i bunnen av øremuslingen.



1



2

Ta ut høreapparat med komfort earbud:

- Løsne det fleksible festet fra øremuslingen.
- Løft høreapparatet over øret.
- Dra komfort earbud ut av øregangen med samme grep som da du satte den inn.



3

Tips

- Mindre irritasjon og rødme i øregangen kan forekomme før øret ditt venner seg til proppen. Kontakt Starkey eller din audiograf hvis du er usikker.
- Hvis en allergisk reaksjon oppstår, kontakt din fastlege eller audiograf.
- Alvorlig hevelse, renning fra øret, store mengder voks eller andre unormale tilstander krever tilsyn av lege.

Slå av & på

- PÅ** - Høreapparatene vil automatisk slås på når du tar dem ut av laderen. Det er en liten forsinkelse slik at du rekker å sette apparatene i øret før lyden kommer.
- PÅ** - Hvis høreapparatene ble slått av manuelt, trykk på trykknappen for å slå dem på. Forsinkelsen vil fremdeles være der, slik at du rekker å sette apparatene i øret før lyden kommer.
- AV** - Høreapparatene slår seg av automatisk når de plasseres i ladeportene hvis laderen har strøm (innebygd batteri eller ekstern strømkilde (stikkontakt)). Lading vil begynne.
- AV** - Høreapparatene kan slås av manuelt ved å holde inn trykknappen i 3 sekunder.

Auto Av/På

Dine høreapparater kan være programmert til å gå i automatisk strømsparing for å spare batteriene*. Dette kan gjøres av din audiograf eller via Thrive Hearing Control app. Legg dine høreapparater på en flat, stabil overflate (f.eks et bord) med ørepropp eller earbud pekende opp. Høreapparatene går i strømsparingsmodus etter ca. 15 minutter. For å gjenoppta normal høreapparatfunksjon, sett høreapparatene i ørene igjen. Høreapparatene vil gjenkjenne denne bevegelsen og slå seg på igjen automatisk. Du kan høre oppstartsmelodien når de slår seg på.

*Strømsparingsmodus hjelper til å spare batteriet i oppladbare høreapparater som lades daglig.

Brukerkontroller

Brukerkontrollen på ditt høreapparat kan programmeres i henhold til dine preferanser av en audiograf. Spør din audiograf om hvordan brukerkontrollen på ditt apparat er satt opp.

Mulig oppsett av brukerkontroller

Brukerkontrollen på ditt høreapparat responderer på ulike måter avhengig av hvordan du trykker på bryteren. En funksjon kan tilegnes et kort trykk (trykk og slipp) og en annen funksjon kan tilegnes et langt trykk (trykk og hold). I skjemaet på neste side kan du eller audiografen din markere hvordan din brukerkontroll er satt opp.



Tæpping

Hvis denne kontrollen er aktivert og høreapparatet sitter i øret, kan du tæppe på høreapparatet, eller oppe på øret ditt med en eller to fingre. Denne funksjonen kan tilegnes start og stopp av lyd fra trådløst tilbehør, eller som en øyeblikkelig lydforbedring i krevende lyttemiljøer. (Edge Mode).



Edge Mode

Edge Mode overvåker og identifiserer lyttemiljøet flere ganger i sekundet og vil på kommando utføre

øyeblikkelige endringer i høreapparatet for optimal klarhet og lyttekomfort. Ingen app eller smarttelefon kreves. Spør din audiograf om dette.

Min brukerkontroll er satt opp slik:

	Kort trykk (Trykk & slipp)	Langt trykk (Trykk & hold)	Tæpping*
Volumkontroll			
Programvalg			
Demp			
Multiflex Tinnitus nivå			
Start/Stop tilbehør			
Balansekontroll			
Tilbehør volum			
Manuelt varsel			
Edge Mode			
Thrive Assistant			

*Kun utvalgte apparater

Volumkontroll

Oppstartsnivå

Dine høreapparater er programmert til et spesifikt volum av din audiograf. Hvis lyden generelt er for svak eller for sterk, vennligst kontakt din audiograf for råd eller justering. Hvis dine høreapparater er satt opp med justerbar volumkontroll, kan du endre lydstyrken midlertidig. Dine høreapparater vil alltid slå seg på med samme lydstyrke hver gang (Volum Hjem).

Sløyfe

Din brukerkontroll kan være satt opp på flere måter. Hvis den er satt opp som sløyfe, vil hvert trykk på kontrollen medføre en endring i lydstyrken. Fortsett å trykke til du når ønsket nivå.

MERK: Hvis det har gått 10 minutter eller mer siden siste volumendring, vil lydstyrken automatisk gå ned før den går opp igjen.

Volumkontroll varseltoner

Din audiograf kan aktivere hørbare varseltoner som indikerer lydstyrkenivå.

Lydstyrke	Tone
Maks volum	5 pip ●●●●●
Volum trinn	Kort tone –
Volum hjem (Oppstartsnivå)	3 Beeps ●●●
Volum trinn	Short Tone –
Minimum volum	Ett pip ●

Mitt høreapparat har følgende volumkontroll:

- Trykk og slipp volumkontroll
- Trykk og hold volumkontroll

Batterivarsel

En varsel tone vil lyde når batteriet begynner å bli svakt. Når tonen lyder er det omtrent 30 minutter* batterilevetid igjen. En annen varsel tone kan lyde når batteriet er helt tomt.

Bytte program

Din audiograf kan programmere flere lytteprogrammer i ditt høreapparat. Disse programmene kan aktiveres ved hjelp av brukerkontrollen.

Hvis din brukerkontroll er satt opp for programbytte, vil du veksle mellom alle tilgjengelige programmer ved hvert trykk på brukerkontrollen.

Programvarsel

Din audiograf kan aktivere hørbare varseltoner som lyder ved hvert programbytte. Som standard vil en stemme gi beskjed om hvilket program som er aktivt.

Demp

Hvis dine høreapparater er satt opp med dempefunksjon, vil et langt trykk på brukerkontrollen dempe dine høreapparater. Hvis den er aktivert kan du høre en varsel tone før apparatene dempes. For å slå på lyden igjen, trykk og hold inne brukerkontrollen til du igjen hører lyd gjennom høreapparatet.

*Faktisk tid mellom batterivarsel og dødt batteri vil variere avhengig av omgivelseslyd og din bruk av høreapparatet.

Multiflex Tinnitus nivå

Brugerkontrollen kan også benyttes til å justere nivået på din Multiflex Tinnitus stimulus. Vennligst les seksjonen merket Multiflex Tinnitus teknologi (side 24) for mer informasjon.

Sporing av fysisk og sosial aktivitet

Dine høreapparater kan ha innebygde sensorer som kan spore din fysiske og sosiale aktivitet og vise resultatene i appen Thrive Hearing Control. Du kan enkelt se og behandle denne informasjonen og motta daglig tilbakemelding om din fremgang via din Velvære Score.

Retningsvirkning

Dine høreapparater har innebygde retningsmikrofoner for å hjelpe deg til å høre bedre i støyende omgivelser. Spør din audiograf om hvordan dine retningsmikrofoner virker.

Telefonbruk

Dine høreapparater kan programmeres med funksjoner som gjør det enklere å høre i telefonen. Spør din audiograf om ulike telefonløsninger i dine høreapparater.

Mine høreapparater har følgende oppsett:	
<input type="checkbox"/>	Automatisk telefonprogram og Automatisk telespole . Se nedenfor
<input type="checkbox"/>	Manuelt telefonprogram og manuell telespole . Se neste side (Program # _____)
<input type="checkbox"/>	Ingen

Automatisk telefonprogram og automatisk telespole

Disse funksjonene aktiverer telefonprogrammet automatisk når de brukes sammen med en høreapparatkompatibel telefon. Hold telefonen inntil øret som normalt og høreapparatet vil automatisk velge telefonprogrammet. Det kan være nødvendig å flytte telefonen oppover mot høreapparatmikrofonen for å få best mottak. Når telefonen flyttes vekk fra øret, vil høreapparatet gå tilbake til det sist brukte programmet


MERK: Kontakt din audiograf eller Starkey hvis dine høreapparater ikke automatisk skifter til telefonprogrammet.

Manuelt telefonprogram og manuell telespole

Manuell tilgang lar deg bytte til telefon- eller telespoleprogram ved hjelp av brukerkontroll eller fjernkontroll. Spør din audiograf hvilket program som er satt av til dette formålet.

Generelt om telefonbruk

Noen høreapparater virker bedre på telefonen hvis du holder røret opp til øret uten å dekke det helt. Hvis feedback oppstår (piping/hyling), hold røret i vinkel bort fra øret til pipingen opphører. I tillegg kan høreapparatet på motsatt side automatisk skifte innstilling for å redusere bakgrunnsstøy. Snakk med audiografen din om dette.



Øre til øre telefonlyd

Telefonprogrammet i ditt høreapparat kan være satt opp til å sende lyden av telefonsamtalen over til det andre øret slik at du hører lyden på begge ører. Snakk med audiografen din om dette.

Multiflex Tinnitus teknologi

Multiflex Tinnitus teknologi kan brukes som en del av et tinnitus behandlingsprogram. Multiflex Tinnitus teknologi presenterer en lydstimulus gjennom høreapparatene.

Lydstimulusen er programmert på bakgrunn av ditt hørselstap av en audiograf og kan finjusteres etter dine unike preferanser.

Tinnitus Stimulus nivåkontroll

Hvis du har en trykknapp som nivåkontroll, kan den være satt opp på flere måter. Hvis den er satt opp som sløyfe, vil hvert trykk på kontrollen medføre en endring i stimulusnivået. Kontrollen er satt opp slik at nivået først vil gå ned, før det øker igjen. Fortsett å trykk til du har oppnådd ønsket nivå.

MERK: Hvis det har gått 10 minutter eller mer siden siste volumering, vil lydstyrken automatisk gå ned før den går opp igjen.

Mitt høreapparat har følgende nivåkontroll:

- Trykk og slipp Tinnitus stimulus kontroll
- Trykk og hold Tinnitus stimulus kontroll

Forklaring

Falldeteksjon kan brukes til å varsle andre hvis du faller eller opplever en fall-lignende hendelse. Denne funksjonen kan programmeres til å sende en SMS tekstmelding til et utvalg forhåndsbestemte kontakter. Falldeteksjon kan både sende automatiske og/eller manuelt initierte varsler.

Automatisk varsling

Hvis automatisk varsling er valgt i Thrive Hearing Control app på din smarttelefon, vil sensorene i dine høreapparater følge med på dine hodebevegelser for å oppdage et fall automatisk. Når et fall oppdages vil en tekstmelding automatisk sendes av Thrive appen på din smarttelefon. Tekstmeldingen vil bli sendt til maksimalt tre forhåndsbestemte kontakter, og varsle dem om at et fall er oppdaget. Tekstmeldingen vil inneholde en link hvor hver kontakt kan bekrefte at et varsel er mottatt, og samtidig se et kart som viser din posisjon.

⚠ ADVARSEL: Det er ikke garantert at Automatisk varsling oppdager 100 prosent av alle fall.

Manuell varsling

Hvis brukerkontrollen på dine høreapparater er satt opp for Manuell varsling av din audiograf, og det er lagt til en bekreftet kontakt i Thrive appen, vil et langt "trykk og hold" på brukerkontrollen

medføre at en tekstmelding sendes fra Thrive appen på din smarttelefon. En SMS tekstmelding sendes til maksimalt tre forhåndsvalgte kontakter, med beskjed om at et fall har skjedd. SMS tekstmeldingen vil inneholde en link hvor hver enkelt kontakt kan bekrefte at meldingen er mottatt og se et kart som viser din posisjon.

Avbryte et varsel

Både autovarsling og manuell varsling kan avbrytes fra enten høreapparatene dine eller din smarttelefon. For å avbryte en SMS varsling fra dine høreapparater, trykk på brukerkontrollen på hvilket som helst høreapparat. Meldingen med varsling om fall kan avbrytes innenfor den forhåndsbestemte 60 eller 90 sekunders tidsperioden etter en varslingsmelding er sendt. Det kan ta opp til 20 sekunder før en melding med varsling om fall sendes.

Kontakter

Du kan identifisere opptil tre kontakter som du vil skal motta varsler om fall. Du må skrive inn navn og mobiltelefonnummer for hver kontakt i Thrive-appen på smarttelefonen din. Hver av kontaktene dine vil motta en SMS-melding som ber dem om å bekrefte deltakelsen i Fallvarslings-systemet.

Innstillinger av Autovarsling

Du kan endre sensitiviteten til Autovarslingen i Thrive appen. Øker du sensitiviteten vil muligheten for å oppdage fall bli større. Demper du sensitiviteten vil muligheten for falske varslinger bli mindre.

⚠ ADVARSEL: Å dempe sensitiviteten til For eksempel kan Autovarsling unngå å oppdage et fall hvis:

- Sensitivitetsgraden ikke er passende for brukeren
- Fallet skjer sakte, eller at du sklir sakte ned.
- Du reiser deg og går umiddelbart etter et fall.

Som en påminnelse kan du sende et varsel om fall manuelt, hvis Autovarslingen ikke oppdager det. Manuell varsling må settes opp av din audiograf før det kan tas i bruk.

⚠ ADVARSEL: Autovarsling kan sende falske varsler. For å forhindre sending av tekstmeldinger med falske varsler til dine kontakter, kan du avbryte varselet enten fra din smarttelefon, eller ved å trykke på brukerkontrollen på ditt høreapparat.

Varseltoner/Talebeskjeder

Talebeskjeder vil høres i dine høreapparater når:

- Du har sendt en manuell melding om et fall.
- Et fall har blitt automatisk oppdaget.
- Minst en kontakt har bekreftet mottak av en melding om fall.
- Du har avbrutt et varsel om fall via brukerkontrollen på høreapparatet ditt.

En varsel tone vil høres i dine høreapparater når:

- Det har vært en kommunikasjonsfeil under overføringen av en varselsmelding.
- Det har vært en kommunikasjonsfeil ved avbestilling av en varselsmelding.
-

⚠ ADVARSEL: For å redusere mulige feilkilder ved varsling av fall:

- Dine høreapparater må være påslått, parett med og tilkoblet din smarttelefon med Bluetooth.
- Mobiltelefonen må være påslått, med Thrive appen åpen (enten synlig eller i bakgrunnen).
- Mobiltelefonen må ha internett-tilkobling (enten via mobildata eller WiFi).

Bruk av mobiltelefon

Høreapparatet ditt er designet for å fungere med en smarttelefon. Når høreapparatet er sammenkoblet og slått på, vil innkommende telefonsamtaler rutes automatisk til høreapparatet. Når høreapparatet ikke er slått på, rutes innkommende anrop bare til smarttelefonen.

iOS lar deg velge en preferanse for hvordan lyd (samtalelyd og medialyd) rutes fra smarttelefonen til høreapparatene dine.

Pare dine høreapparater med en iOS-enhet

For å justere høreapparatet ditt med en iOS-enhet, må du koble de to sammen slik at de kan kommunisere. Vennligst følg instruksjonene nedenfor for å koble iOS-enheten og høreapparatet ditt.

1. Kontroller at Bluetooth® er aktivert på din iOS-enhet. I Innstillinger-menyen, gå til Bluetooth og bytt til **På**.
2. Finn, og klikk deretter på **Innstillinger**-ikonet på din iOS-enhet.
3. Under Innstillinger-menyen, gå til **Tilgjengelighet > Høreapparater**.
4. Mens iOS-enheten søker etter høreapparatene, sett høreapparatene dine i laderen, og ta dem så ut igjen. Dette setter høreapparatet i paringsmodus.

- Du vil se høreapparatets navn (for eksempel "Bentes Høreapparater") når iOS-enheten først oppdager høreapparatene dine.
 - Hvis navnet ditt ikke vises på listen over enheter i løpet av 5-7 sekunder, trykker du på **Tilbake** øverst til venstre og klikker så på **Høreapparater** igjen.
5. Trykk på høreapparatets navn for å koble det til din iOS-enhet. Du vil få to forespørsler om sammenkobling, en for hvert høreapparat. Velg **Koble til** for hver forespørsel.
 6. Når paringen er fullført, vil høreapparatets navn endres fra svart til blå tekst.

Du er nå klar til å bruke iOS-enheten din til å justere høreapparatene med. Du kan justere enten med de innebygde iOS-kontrollene eller med Thrive-appen.

For å få tilgang til iOS høreapparatkontrollene, trippelklikk på Hjem-knappen (iPhone 8 eller tidligere versjoner) eller sideknappen (iPhone X eller nyere) på din iOS-enhet. Vennligst se Apple-støtte for andre konfigurasjonsmuligheter. Fra denne skjermen kan du justere volumet, velge program eller bruke iOS-enheten som en ekstern mikrofon.

Velg **Start direkte lytting** for å strøme lyd fra iOS-enhetens mikrofoninnang direkte til dine høreapparater. Pek iOS-enhetens mikrofon mot lydilden. For å minimere bakgrunnsstøy og oppnå

det beste signalet, plasser iOS-enheten så nær lydilden som mulig.

Mikrofonvolum i høreapparat gjør det mulig å øke og senke volumet for hvert høreapparat individuelt.

Slå av **Juster individuelt** for å gjøre endringer i begge høreapparatene samtidig.

Normal Indikerer navnet på et lytteprogram i høreapparatet. Du kan velge alle programmer som er vist i listen, for å aktivere det lytteprogrammet i høreapparatet.

Pare dine høreapparater med en Android enhet

For å justere høreapparatet ditt med Android enhet, må du koble de to sammen slik at de kan kommunisere. Vennligst følg instruksjonene for å koble enheten og høreapparatet.

1. Finn og klikk på **Innstillinger** ikonet på din enhet.
2. Velg **Bluetooth**.
3. I denne skjermen, hvis Bluetooth er Av, endrer du innstillingene til På. Sett høreapparatene dine i laderen, og ta dem så ut igjen (dette setter høreapparatene i paringsmodus).
4. Under Parede enheter vil du se ditt fornavn etterfulgt av høreapparat (for eksempel Jonas H / A) når enheten først oppdager høreapparatet. Hvis navnet ditt ikke vises på listen "Mine

Enheter" innen 5-7 sekunder, trykker du på Innstillinger øverst til venstre og klikker deretter Bluetooth.

5. Trykk på høreapparatets navn for å koble hvert høreapparat til enheten.
6. Paringen er fullført

På Android telefoner kan du også koble apparatene til telefonen via Thrive Hearing Control app. Følg instruksjonene på skjermen.

Tilbehør

Det finnes flere typer av trådløse tilbehør som lar deg kontrollere og få maksimalt utbytte av dine høreapparater. Tilgjengelig funksjonalitet inkluderer:

- Mulighet for å justere innstillinger og bytte program med en fjernkontroll.
- Mulighet for trådløs overføring (strømming) av TV-lyd/stereo direkte til dine høreapparater.
- Mulighet for strømming av lyd fra en trådløs mikrofon direkte til dine høreapparater.
- Mulighet for å strømme lyd fra en mobiltelefon direkte til dine høreapparater.

Spør din audiograf om noen av disse løsningene kan passe for deg.

Stell og vedlikehold

Hold dine høreapparater rene. Hete, fuktighet og smuss kan medføre nedsatt funksjon. Dine høreapparater har en IP 68 klassifisering mot inntrengning av fuktighet og støv.

- Bruk den medfølgende børsten eller en myk klut for å fjerne smuss på og omkring brukerkontroll, mikrofon og ladekontakter og; inspiser lyd giver, earbud eller ørepropp og voksfiler regelmessig.
- Bruk aldri vann, sprit, rengjøringsmiddel eller olje for å rense dine høreapparater.

Tips og råd

- Ikke plukk noen deler av høreapparatet fra hverandre eller stikk noen del av renseverktøyet inn i apparatet.
- Når du ikke bruker dem, plasser høreapparatene dine i laderen og oppbevar dem:
 - På en trygg og tørr plass.
 - Unna direkte sollys og varme for å unngå overoppheting.
 - Hvor du enkelt kan finne dem igjen.
 - Utenfor rekkevidden til barn og kjæledyr.


Vedlikehold av laderen

- Hold laderen ren. Høy temperatur, fuktighet og smuss kan medføre nedsatt funksjon.
 - Bruk den medfølgende børsten for å holde ladeportene fri for smuss.
 - Bruk aldri vann, sprit, rengjøringsmiddel eller olje for å rense ladeportene.
 - Hold lokket lukket så ofte som mulig for å unngå oppsamling av støv og smuss.
 - Lagre din lader på en ren og trygg plass, f.eks. en kommode eller hylle, istedet for på baderommet eller kjøkkenet.

- For å sikre lengst mulig levetid for dine høreapparatbatterier og batteriene i laderen;
 - Trekk ut strømledningen når den ikke er i bruk.
 - Lad høreapparatene fullt opp hver kveld.
 - Ikke eksponer systemet for ekstrem varme, ikke oppbevar det i vinduskarmen eller i bilen om sommeren.


Standard slange

1. Løsne den formstøpte proppen fra høreapparatet ved å dra delene forsiktig fra hverandre.



- Bruk den medfølgende børsten eller en fuktig klut for å rengjøre øreproppen
- Vask den formstøpte proppen i varmt såpevann
- Ikke bruk løsemidler


2. Sett sammen ørepropp og høreapparat igjen



Spør din audiograf om råd hvis du er usikker.

Tynn slange

1. Løsne slangen ved å skru den løs fra høreapparatet.
2. Start i toppen og tre rengjøringsverktøyet igjennom slangen, helt til det kommer ut i den andre enden (lydåpningen).
3. Rengjør enden av rengjøringsverktøyet før du trekker det ut av slangen igjen.
4. Rengjør komfort earbud med en fuktig klut eller den medfølgende børsten.
5. Hvis nødvendig kan komfort earbud vaskes i varmt såpevann. Fjern den fra slangen før vask. La den tørke over natten.



Tips

- Sørg for at alle deler (propp og slange) er tørre før du fester dem til høreapparatet igjen.

Service og reparasjon

Hvis høreapparatene eller laderen av en eller annen grunn skulle slutte å virke eller fungere dårlig, IKKE forsøk å reparere dette selv. Det kan annullere garantien og i verste fall ødelegge apparatet ytterligere.

Følg feilsøkingsguiden på neste side. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt Starkey eller din audiograf.

Feilsøking høreapparat

SYMPTOM	MULIG ÅRSAK	MULIG LØSNING
For svakt	Svakt batteri	Lad batteri
	Tett ørepropp/slange/ Earbud	Rens eller bytt voksfiler hvis nødvendig
	Dårligere hørsel?	Kontakt din audiograf
	Fremmedlegemer	Rens både mikrofon og lyd giver med børsten
Ustabil	Svakt batteri	Lad batteri
	Tett ørepropp/slange/ Earbud	Rens eller bytt voksfiler hvis nødvendig
Uklart/ Forvrengt	Svakt batteri	Lad batteri
	Tett ørepropp/slange/ Earbud	Rens eller bytt voksfiler hvis nødvendig
	Defekt høreapparat	Kontakt din audiograf eller Starkey
Ingen lyd	Svakt batteri	Lad batteri
	Tett ørepropp/slange/ Earbud	Rens eller bytt voksfiler hvis nødvendig
	Defekt slange	Kontakt din audiograf eller Starkey

Feilsøking lader

SYMPTOM	MULIG ÅRSAK	LØSNINGER
Ingen LED indikator når høreapparat plasseres i ladeportene	Dødt batteri	Koble micro USB ledningen i laderen og koble den til strøm. LED-lysene til laderen lyser opp noen sekunder for å indikere strømkontakt. Hvis ikke, kontakt din audiograf eller Starkey.
	Feil plassering	Sett høreapparatene i ladeporten med hooken pekende bakover. Det er ingen forskjell på høyre og venstre, dine apparater vil lade uansett port.
Rød blinkende LED ved ladeport	En feil oppsto	Ta apparatene ut av laderen, vent til LED-lyset slukker før du setter dem tilbake. Hvis LED-lyset fremdeles blinker, kontakt din audiograf eller Starkey.
Ingen LED ved lading uten strøm	Strømsparing	For å oppfriske LED-lysene, ta et apparat ut av ladeporten i 3 sekunder og sett det tilbake igjen. Både ladeportens LED-lys og laderens LED-lys vil lyse opp i 10 sekunder.

Feilsøking lader

SYMPTOM	MULIGE ÅRSAKER	LØSNINGER
Høreapparat plystrer i laderen	Feil plassering	Sett høreapparatene i ladeporten igjen med ørepropp / earbud hvilende i rommet bak portene. Sjekk at LED-lysene lyser opp.
	Dødt batteri	Batteriene i din premium lader er tomme for strøm. Koble den til strøm. Hvis du ikke har med strømledningen, hold inn vippebryteren i 3 sekunder for å slå av apparatet. Dette vil spare batteriene i ditt høreapparat.
	Standard lader er ikke koblet til en strømkilde (stikkontakt)	Din lader er kanskje ikke koblet til en adekvat strømkilde (f.eks stikkontakt). Prøv en annen kontakt eller strømkilde. Hvis du ikke har tilgang til en ekstern strømkilde, hold inn vippebryteren i 3 sekunder for å slå av apparatet.

Din audiograf kan anbefale en passende timeplan for å hjelpe deg med å tilvenne deg det nye høreapparatet. Det vil kreve øvelse, tid og tålmodighet før hørselsorganet tilpasser seg til de nye lydene som høreapparatet formidler. God hørsel er viktig for å kunne dele tanker, ideer og følelser. Men munnavlesning, ansiktsuttrykk og bevegelser kan hjelpe kommunikasjonsprosessen og legge til det som forsterkning alene kan gå glipp av. Se på de følgende enkle kommunikasjonstipsene:

For deg

- Still deg nærmere og se på den som snakker
- Sitt ansikt til ansikt i et stille rom
- Prøv ulike posisjoner for å finne ut hvor du hører best
- Minimer forstyrrelser
- Bakgrunnsstøy kan være frustrerende i starten, men husk at du ikke har hørt det på en stund
- Fortell andre om dine behov; husk at de ikke kan se at du hører dårlig
- Ha realistiske forventninger til hva et høreapparat kan gjøre og ikke kan gjøre
- Bedre hørsel med høreapparat er en tillært ferdighet som krever motivasjon, øvelse og tålmodighet

For familie og venner

Familie og venner er også berørt. Be om at de:

- Får din fulle oppmerksomhet før de begynner å snakke til deg
- Snakker tydelig og med normal stemme, roping kan faktisk gjøre det vanskeligere å forstå
- Heller bruker andre ord enn å gjenta de samme ordene; andre ord kan være lettere å forstå
- Minimerer forstyrrelser mens de snakker

Sikkerhetsinformasjon

BRUKSOMRÅDE Et luftlednings høreapparat er et bærbart lydforsterkende apparat ment for å kompensere for nedsatt hørsel. Høreapparater er tilgjengelige med ulike forsterknings- og utgangsnivåer for å kunne tilpasses alt fra milde til alvorlige hørselstap. Dine høreapparater er utviklet for å møte de strengeste standarder for internasjonal elektromagnetisk kompatibilitet. Likevel er det mulig at du kan oppleve forstyrrelser forårsaket av høyspentledninger, flyplass metalldetektorer, elektromagnetiske felter fra annet medisinsk utstyr, radiosignaler og elektrisk utladning.

Hvis du bruker andre medisinske apparater, eller har implantert for eksempel defibrillator eller pacemaker og er bekymret for at dine høreapparater kan forstyrre dem, vennligst kontakt din lege eller produsenten av det medisinske apparatet for informasjon om risikoen for forstyrrelser.

Du må ikke ha på høreapparatene dine under en MRI undersøkelse eller i et trykkammer. Dine høreapparater er klassifisert som Type B anvendt del under IEC 60601-1 standard for medisinsk utstyr.

Dine høreapparater er ikke formelt sertifisert for å brukes i eksplosive atmosfærer slik som kullminer eller visse kjemiske fabrikker.

 Dine høreapparater og lader bør oppbevares innenfor en temperatur- og fuktighetskala mellom -10°C (14°F) til +45°C (113°F) og 10%-95% rH.

Lading bør foregå i temperaturer mellom 0°C (32°F) og 40°C (104°F).

Dine høreapparater er konstruert for å fungere i og tåle temperaturer langt utenfor din komfort-sone, fra veldig kaldt opp til 40°C (104°F).

Ved maksimal brukstemperatur på 40°C (104°F), kan temperaturen på høreapparatdekslet bli så høy som 42°C (108°F).

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forhold til Starkey-enheten din, bør rapporteres til din lokale Starkey Hearing Technologies-representant og den kompetente myndigheten i medlemsstaten du er etablert. En alvorlig hendelse er definert som enhver funksjonsfeil, forringelse av enhetens egenskaper og/eller ytelse eller utilstrekkelighet i enhetens driftshåndbok/merking som kan føre til død eller alvorlig forverring av helsetilstanden til brukeren, ELLER kan gjøre det ved gjentakelse.

FORSIKTIG:

- Hvis laderen er varm, ikke rør den før den er avkjølt.
- Hvis produktet ikke virker, ikke ta det fra hverandre. På grunn av fare for elektrisk sjokk, vennligst send det inn for reparasjon.
- Det er ikke noe spiselig i pakken, inkludert tøretablettene, renseverktøyet, etc.
- Alle ledninger og støpsel må godkjennes eller finne på en liste fra en nasjonal godkjenningsmyndighet

Bruk ombord i fly

Den trådløse funksjonaliteten i dine høreapparater kan benyttes ombord i fly fordi høreapparater er unntatt fra reglene som gjelder andre elektroniske instrumenter ombord i fly.

Bruk internasjonalt*

Dine høreapparater er godkjent for å benytte en radio- frekvens som er unik for Norge og EU, den ikke nødvendigvis er godkjent utenfor dette området. Vær oppmerksom på at bruk under reiser til andre land og regioner kan medføre forstyrrelser for annet elektronisk utstyr, eller at annet elektronisk utstyr kan forstyrre ditt høreapparat.

Vi er pålagt å opplyse om følgende advarsler:

⚠ ADVARSEL: Bruk av trådløse høreapparater rett ved siden av annet elektronisk utstyr bør unngås, fordi det kan føre til feil funksjon. Hvis slik bruk er nødvendig, vær oppmerksom på om høreapparatene og annet utstyr fungerer normalt.

⚠ ADVARSEL: Bruk av tilbehør, komponenter eller reservedeler, unntatt de som leveres av produsenten av høreapparatene, kan føre til økt elektromagnetiske utslipp og redusert elektromagnetisk immunitet og kan resultere i forringelse av ytelse.

⚠ ADVARSEL: Hvis bærbart kommunikasjonsutstyr for radiofrekvens brukes mer enn 30 cm fra høreapparatet, kan det oppstå forringelse av høreapparatets ytelse. Hvis dette skjer, flytt deg bort fra kommunikasjonsutstyret.

IKKE ÅPNE HØREAPPARAT ELLER LADER, DET ER INGEN DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKER

Standardladeren har en IP klassifisering på IP 21 i henhold til IEC 60529. Dette betyr at enheten er beskyttet mot faste gjenstander over 12 mm, for eksempel fingre og fallende vandrdåper, for eksempel kondens.

Levetiden til Starkey Hearing Technologies-laderen er 3 år.

*Gjelder kun trådløse høreapparater.

Required Hearing Aid Information

The following additional information is provided in compliance with U.S. Food and Drug Administration (FDA) regulations:

⚠ WARNING TO HEARING AID DISPENSERS:

A hearing aid dispenser should advise a prospective hearing aid user to consult promptly with a licensed physician (preferably an ear specialist) before dispensing a hearing aid if the hearing aid dispenser determines through inquiry, actual observation or review of any other available information concerning the prospective user that the prospective user has any of the following conditions:

- i. Visible congenital or traumatic deformity of the ear
- ii. History of active drainage from the ear within the previous 90 days
- iii. History of sudden or rapidly progressive hearing loss within the previous 90 days
- iv. Acute or chronic dizziness
- v. Unilateral hearing loss of sudden or recent onset within the previous 90 days
- vi. Audiometric air-bone gap equal to or greater than 15 decibels at 500 Hertz (Hz), 1,000 Hz and 2,000 Hz
- vii. Visible evidence of significant cerumen accumulation or a foreign body in the ear canal
- viii. Pain or discomfort in the ear

IMPORTANT NOTICE FOR PROSPECTIVE HEARING AID USERS:

Good health practice requires that a person with hearing loss have a medical evaluation by a licensed physician (preferably a physician who specializes in diseases of the ear) before purchasing a hearing aid. Licensed physicians who specialize in diseases of the ear are often referred to as otolaryngologists, otologists or otorhinolaryngologists. The purpose of the medical evaluation is to assure that all medically treatable conditions that may affect hearing are identified and treated before the hearing aid is purchased.

Following the medical evaluation, the physician will give you a written statement that states that your hearing loss has been medically evaluated and that you may be considered a candidate for a hearing aid. The physician will refer you to an audiologist or hearing aid dispenser, as appropriate, for a hearing aid evaluation.

The audiologist or hearing aid dispenser will conduct a hearing aid evaluation to assess your ability to hear with and without a hearing aid. The hearing aid evaluation will enable the audiologist or dispenser to select and fit a hearing aid to your individual needs.

If you have reservations about your ability to adapt to amplification, you should inquire about the availability of a trial-rental or purchase-option program. Many hearing aid dispensers now offer programs that permit you to wear a hearing aid for a period of time for a nominal fee after which you may decide if you want to purchase the hearing aid.

Federal law restricts the sale of hearing aids to those individuals who have obtained a medical evaluation from a licensed physician. Federal law permits a fully informed adult to sign a waiver statement declining the medical evaluation for religious or personal beliefs that preclude consultation with a physician. The exercise of such a waiver is not in your best health interest and its use is strongly discouraged.

A hearing aid will not restore normal hearing and will not prevent or improve a hearing impairment resulting from organic conditions. Use of a hearing aid is only part of hearing habilitation and may need to be supplemented by auditory training and instruction in lip reading. In most cases infrequent use of a hearing aid does not permit a user to attain full benefit from it.

Some hearing aid users have reported a buzzing sound in their hearing aid when they are using mobile phones, indicating that the mobile phone and hearing aid may not be compatible. According to the ANSI C63.19 standard (ANSI C63.19-2007 American National Standard Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices and Hearing Aids), the compatibility of a particular hearing aid and mobile phone can be predicted by adding the rating for the hearing aid immunity to the rating for the mobile phone emissions. For example, the sum of a hearing aid rating of 2 (M2/T2) and a telephone rating of 3 (M3/T3) would result in a combined rating that equals at least 5 would provide "normal use"; a combined rating of 6 or greater would indicate "excellent performance." See your Quick Start Guide included with your hearing aids for their exact M/T ratings.

CHILDREN WITH HEARING LOSS:

In addition to seeing a physician for a medical evaluation, a child with hearing loss should be directed to an audiologist for evaluation and rehabilitation since hearing loss may cause problems in language development and the educational and social growth of a child. An audiologist is qualified by training and experience to assist in the evaluation and rehabilitation of a child with a hearing loss.

Required Multiflex Tinnitus Information for Hearing Professionals

INDICATIONS FOR USE

The Multiflex Tinnitus Technology is a tool to generate sounds to be used in a Tinnitus Management Program to relieve patients suffering from tinnitus. The target population is primarily the adult population over 18 years of age.

The Multiflex Tinnitus Technology is targeted for healthcare professionals, which are treating patients suffering from tinnitus, as well as conventional hearing disorders. The fitting of the Multiflex Tinnitus Technology must be done by a hearing professional participating in a Tinnitus Management Program.

INSTRUMENT DESCRIPTION

Multiflex Tinnitus Technology is a software function that generates sound which is programmed into a hearing aid. The hearing aid may be used in one of three modes of operation: as a hearing aid, as a tinnitus treatment instrument or as a hearing aid and tinnitus treatment instrument.

When enabled, the Multiflex Tinnitus Technology generates the sound and allows a patient's hearing professional to design and program appropriate settings for an individually prescribed sound treatment plan. The treatment plan should be used in a tinnitus management program for relief of tinnitus.

Multiflex Tinnitus Technology generates a broadband white noise signal that varies in frequency and amplitude. These characteristics are adjustable by the hearing professional and are specific to the prescribed therapy designed by the professional for the patient's needs and comfort.

The patient may have some control of the level or volume of the signal and the patient should discuss this adjustment as well as his or her comfort level and sound of the signal with their hearing professional.

⚠️ WARNING TO HEARING CARE PRACTITIONER

A hearing care practitioner should advise a prospective sound generator user to consult promptly with a licensed physician (preferably an ear specialist) before using a sound generator if the hearing care practitioner determines through inquiry, actual observation or review or any other available information concerning the prospective user that the prospective user has any of the following conditions:

- i. Visible congenital or traumatic deformity of the ear
- ii. History of active drainage from the ear within the previous 90 days
- iii. History of sudden or rapidly progressive hearing loss within the previous 90 days
- iv. Acute or chronic dizziness
- v. Unilateral hearing loss of sudden or recent onset within the previous 90 days

⚠️ **CAUTION:** If set to the maximum output level and worn for periods of time exceeding the recommendations below, the patient's exposure to sound energy has the potential to exceed noise exposure limits. This hearing aid is intended for use for a maximum of sixteen (16) hours a day when set at the maximum output level.

For the Patient

A tinnitus therapy instrument is an electronic instrument intended to generate noise of sufficient intensity and bandwidth to treat ringing in the ears. It can also be used as an aid in hearing external sounds and speech.

Multiflex Tinnitus Technology is a tool to generate sounds. It is recommended that this tool be used with appropriate counseling and/or in a tinnitus management program to relieve patients' suffering from tinnitus.

TINNITUS THERAPY CONCEPTS AND BENEFITS

Multiflex Tinnitus Technology can be used as part of a tinnitus treatment program.

Multiflex Tinnitus Technology plays a white noise through the hearing aid.

Multiflex Tinnitus Technology is programmed according to your hearing loss and preference, and your hearing professional can adjust the settings of Multiflex Tinnitus Technology to meet your needs.

Multiflex Tinnitus Technology may provide temporary relief of your tinnitus.

PRESCRIPTION USE ONLY

⚠ CAUTION: Federal law restricts this hearing aid to sale by or on the order of a doctor, audiologist or other hearing care practitioner licensed to dispense hearing aids in your state.

The use of any sound generating tinnitus therapy instrument should be only on the advice and in consultation with your audiologist or hearing care practitioner. Your hearing professional will properly diagnose and fit the hearing aid to your personal needs and requirements. This should include its use in a prescribed tinnitus treatment program.

Your hearing professional will also be able to offer the appropriate follow-up care. It is important that you follow your hearing professional's advice and direction regarding such care.

⚠ WARNING: There are some potential concerns associated with the use of any sound generating tinnitus therapy instrument. Among them are the potential for worsening of tinnitus, a possible change in hearing thresholds, and possible skin irritation at the point of contact with the hearing aid.

Multiflex Tinnitus Technology has been designed to minimize these concerns. However, should you experience or notice any of the above conditions or any dizziness, nausea, headaches or heart palpitations, you should immediately discontinue use of the hearing aid and seek a consultation with a medical, audiology or other hearing professional.

As with any hearing aid, misuse of the tinnitus therapy instrument could present some potentially harmful effects. Care should be taken to prevent the unauthorized use and to keep the hearing aid out of the reach of children and pets.

⚠ CAUTION: If set to the maximum output level and worn for periods of time exceeding the recommendations below, your exposure to sound energy has the potential to exceed noise exposure limits. You should not use your hearing aid for more than sixteen (16) hours a day if your hearing aid is set at the maximum output level, nor should you use your hearing aid if your hearing professional has set the hearing aid at levels that exceed your comfort level.

Important Notice for Prospective Sound Generator Users

Good health practice requires that a person with tinnitus have a medical evaluation by a licensed physician (preferably a physician who specializes in diseases of the ear) before using a sound generator. Licensed physicians who specialize in diseases of the ear are often referred to as otolaryngologists, otologists or otorhinolaryngologists.

The purpose of a medical evaluation is to assure that all medically treatable conditions that may affect tinnitus are identified and treated before the sound generator instrument is used.

TINNITUS TECHNICAL DATA

Multiflex Tinnitus Technology Maximum Output = 87 dB SPL (typical) when measured in a 2cc coupler per ANSI S3.22 or IEC 60118-7.

WIRELESS TECHNICAL DESCRIPTION

Your hearing aids contain a radio transceiver utilizing Bluetooth Low Energy wireless technology operating in the 2.4-2.4835 GHz frequency band with a maximum effective radiated power of -13 dBm using GFSK transmission modulation. The receiver section of the radio has a bandwidth of 1.5 MHz.

This hearing aid model has been tested to, and has passed, the following emissions and immunity tests:

- IEC 60601-1-2 radiated emissions requirements for a Group 1 Class B device as stated in CISPR 11.
- RF radiated immunity at a field level of 10 V/m between 80 MHz and 2.7 GHz as well as higher field levels from communications devices as stated in Table 9 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to power frequency magnetic fields at a field level of 30 A/m, as well as proximity magnetic fields as defined in table 11 of 60601-1-2.
- Immunity to ESD levels of +/- 8 kV conducted discharge and +/- 15 kV air discharge.

The Starkey Hearing Technologies Charger has been tested to, and has passed, the following emissions and immunity tests:

- IEC 60601-1-2 radiated and conducted emissions requirements for a Group 1 Class B device as stated in CISPR 11.
- Harmonic distortion and voltage fluctuations affecting the power input source as stated in Table 2 of IEC 60601-1-2.
- RF radiated immunity at a field level of 10 V/m between 80 MHz and 2.7 GHz as well as higher field levels from communications devices as stated in Table 9 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to power frequency magnetic fields at a field level of 30 A/m, as well as proximity magnetic fields as defined in table 11 of 60601-1-2.
- Immunity to ESD levels of +/- 8 kV conducted discharge and +/- 15 kV air discharge.
- Immunity to electrical fast transients on the power input at a level of +/- 2 kV at a 100 Hz repetition rate.
- Immunity to surges on the power input of +/- 1 kV line to line.
- Immunity to conducted disturbances induced by RF fields on the power input as stated in Table 6 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to voltage dips and interruptions on the power input as stated in Table 6 of IEC 60601-1-2.

WIRELESS NOTICES

FCC ID: EOA-24LIVIOBCHG

IC: 6903A-24LIVIOBCHG

FCC NOTICE

This hearing aid and Starkey Hearing Technologies Charger complies with part 15 of the FCC rules and with ISED Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

EU MERKNAD

Starkey Hearing Technologies erklærer herved at RIC er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En kopi av samsvarserklæringen kan fås fra adressen nedenfor eller fra docs.starkeyhearingtechnologies.com

Starkey Hearing Technologies

6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA



Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Germany



Klasse II enhet



Avfall fra elektronisk utstyr må håndteres i henhold til lokale forskrifter



Les bruksanvisningen



Holdes tørt

INSTRUKSJONER FOR AVHENDING AV BRUKT ELEKTRONIKK

Starkey Hearing Technologies oppfordrer, EU krever, og lokalsamfunnets lover kan kreve, at høreapparatene og laderen er avhendes via din lokale prosess for resirkulering/avhending av elektronikk. Instruksjonene nedenfor er gitt til fordel for avhendings-/resirkuleringspersonell. Ta med denne bruksanvisningen når du kaster høreapparatene og/eller laderen.

KUN FOR AVHENDINGS-/RESIRKULERINGSPERSONELL

Disse produktene inneholder litiumionpolymerbatterier. For instruksjoner om å fjerne batteriet fra høreapparatene, vennligst besøk: docs.starkeyhearingtechnologies.com. Slik fjerner du batteriet fra Starkey Hearing Technologies Charger:

- Fjern de fire glideklossene på bunnen av laderens base for å få tilgang til festene.
- Fjern festene ved hjelp av en Phillips-skrutrekker.
- Demonter ladebunnen fra rammen for å eksponere battericellen.
- Kutt de tre batteriledningene (en i gangen) i nærheten av battericelle for å unngå kortslutning.
- Press batteriet fra basen ved å bruke et bredt flatt blad, og pass på at du ikke punkterer battericellen.

Starkey Norway AS

Postboks 74 Sentrum

4001 Stavanger



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Starkey is under license.

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Thrive, Starkey, Edge Mode and Starkey Hearing Technologies are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, iPod touch, and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a registered service mark of Apple Inc.

Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

All trade names and trademarks are properties of their respective owners.

©2022 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 86330-007 4/22 BKLT3028-07-NO-XX