

Votre Télécommande 2.0 StarLink Mode d'emploi



Accessoire pour :

Aides auditives sans-fil

P00003335

Nous sommes heureux de vous présenter votre nouvelle Télécommande 2.0 !

Ce mode d'emploi pratique vous permet d'en découvrir le fonctionnement – afin de régler en toute discrétion et facilité vos aides auditives pour profiter d'un contrôle optimisé.

Sommaire

1. Découvrez votre Télécommande 2.0

Présentation.....	3
Configuration.....	4
Utilisation.....	6
Aide au dépannage.....	11


2. Informations complémentaires

Utilisation prévue.....	13
Informations FFC.....	16
Informations réglementaires.....	17

Présentation de votre Télécommande

Vue d'ensemble

1. Voyant d'état
2. Volume +
3. Volume -
4. Bouton Favori
5. Verrouillage/déverrouillage
6. Bouton Programmes
7. Cordon (accessoire inclus)



Configuration de votre Télécommande

Jumelage aides auditives :

Avant d'utiliser votre Télécommande pour la première fois, vous devez la jumeler à votre ou vos aides auditives. Cela permet à votre accessoire de reconnaître vos aides auditives afin qu'ils puissent fonctionner ensemble.

REMARQUE : désactivez le *Bluetooth* de votre téléphone avant de jumeler votre télécommande et vos aides auditives. Activez le *Bluetooth* sur votre téléphone une fois le jumelage terminé.

ÉTAPE 1 : Éteignez vos aides auditives puis rallumez-les.

- **Pour les systèmes CROS :** éteignez vos aides auditives et l'émetteur CROS. Puis **rallumez** vos aides auditives mais laissez l'émetteur CROS **éteint**.

ÉTAPE 2 : Jumelez votre Télécommande et votre ou vos aides auditives :

1. Placez vos aides auditives à 15 cm environ de la Télécommande.
2. Appuyez sur le bouton **Favori** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter rapidement.
3. Pour une **paire** d'aides auditives ou pour une **seule** aide auditive :
 - **Jumelage réussi :** les voyants restent allumés pendant 2 secondes.
 - **Échec du jumelage :** les voyants ne restent pas allumés pendant 2 secondes. Répétez les ÉTAPES 1 et 2.
4. Vérifiez que le jumelage a réussi en appuyant sur le bouton **Volume +** ou **Volume -** et en vérifiant que le volume des aides auditives s'ajuste en conséquence.

Utilisation de votre Télécommande

Voyant d'état

Le voyant s'illumine lorsqu'une commande de pression sur un bouton est envoyée à ou aux aides auditives.

Boutons Volume + et Volume -

En appuyant sur le bouton Volume +, vous augmentez le volume de votre/vos aides auditives.

En appuyant sur le bouton Volume -, vous diminuez le volume de votre/vos aides auditives.

REMARQUE : *lorsque vous transmettez un flux audio à vos aides auditives, les boutons de volume contrôlent le volume du flux audio.*



Bouton Programmes

Votre audioprothésiste peut créer de multiples programmes pour vos aides auditives. En appuyant sur ce bouton, vous accédez aux programmes disponibles et faites-les défiler.

Bouton Favori



Votre audioprothésiste peut définir une configuration 'Favori' pour vous. En appuyant sur ce bouton, vous accédez à cette configuration spécifique.

- Si aucune configuration 'Favori' n'a été définie, le fait d'appuyer sur ce bouton n'a aucun effet sur vos aides auditives.



Verrouillage/déverrouillage

Utilisez ce bouton pour effectuer un réglage de vos aides auditives ou pour en prévenir toute modification involontaire.


- Position verrouillée (bas) :**

 Déplacez l'interrupteur vers le bas pour verrouiller votre télécommande. Le verrouillage de la télécommande permet d'éviter les modifications involontaires et de prolonger la durée de vie de la pile.
- Position déverrouillée (haut) :**

 Déplacez l'interrupteur vers le haut pour régler vos aides auditives.

Cordon (accessoire inclus)


Le cordon peut être porté autour du poignet pour garder votre télécommande bien à portée de main.

Pile


- Insérez un objet pointu dans le trou d'épingle.
- Faites glisser le couvercle du logement de la pile vers le haut pour l'ouvrir.




3. Retirez la pile usagée.



4. Insérez la nouvelle pile (CR 2032).



5. Faites glisser le couvercle du logement de la pile vers le bas pour le fermer.



Aide au dépannage

Un problème avec votre Télécommande ? Ces conseils peuvent vous aider. Si le problème persiste, contactez votre audioprothésiste.

Problème	Causes possibles	Solutions
Le voyant d'état ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur un bouton.	La Télécommande est verrouillée.	Basculez l'interrupteur de Verrouillage/ Déverrouillage du bas (Verrouillé) vers le haut (Déverrouillé).
Le voyant d'état s'allume mais les aides auditives ne réagissent pas lorsque vous appuyez sur un bouton.	Une fois déverrouillée, la Télécommande doit « localiser » vos aides auditives, ce qui prend une seconde.	Attendez une seconde après déverrouillage avant d'appuyer sur un bouton.

Problème	Causes possibles	Solutions
Le voyant d'état s'allume mais les aides auditives ne réagissent pas lorsque vous appuyez sur un bouton.	Les aides auditives ne sont pas jumelées à la Télécommande.	Procédez au jumelage de vos aides auditives et de la télécommande. Reportez-vous à la section <i>Jumelage aides auditives</i> page 4.
	Le niveau de la pile ou de la batterie de l'aide auditive ne peut plus prendre en charge l'activité sans-fil.	Changez la pile de l'aide auditive ou rechargez l'aide auditive.
Le jumelage des deux aides auditives et de la télécommande n'a pas abouti.	Une seule ou aucune aide auditive n'a été détectée lors de la procédure de jumelage.	Assurez-vous que les deux aides auditives sont prêtes pour le jumelage.

Utilisation prévue

La Télécommande 2.0 est un accessoire pour aide auditive à conduction aérienne sans fil. Elle permet à l'utilisateur de régler à distance le volume et les programmes d'une aide auditive à conduction aérienne.

La Télécommande 2.0 est considérée comme une partie appliquée de type B selon la norme CEI 60601-1 relative aux appareils électromédicaux.

La Télécommande 2.0 est conçue pour respecter les normes internationales de compatibilité électromagnétique les plus strictes. Toutefois, des interférences sont susceptibles de survenir malgré tout, provoquées par les perturbations des lignes électriques, détecteurs de métaux dans les aéroports, champs électromagnétiques provenant d'autres dispositifs médicaux, signaux radio et décharges électrostatiques.

La Télécommande 2.0 doit être nettoyée avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse.

Si vous utilisez un autre dispositif médical ou portez un dispositif médical implanté comme un défibrillateur ou un pacemaker et que vous vous demandez si votre Télécommande 2.0 pourrait causer des interférences avec votre dispositif médical, contactez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical pour en savoir plus sur les risques de perturbation du signal. Il convient de ne pas utiliser la Télécommande 2.0 lors d'examen IRM ni dans un caisson hyperbare. La Télécommande 2.0 n'est pas formellement certifiée pour une utilisation dans des atmosphères explosives telles que celles présentes dans des mines de charbon ou certaines usines chimiques.

Bénéfice clinique

L'accessoire en lui-même ne procure pas de bénéfice clinique direct.

Il procure un bénéfice clinique indirect en permettant au dispositif principal (aide auditive sans fil) d'atteindre son objectif.


Utilisation à bord des avions

Il convient de ne pas utiliser la Télécommande 2.0 à bord des avions, sauf autorisation spécifique du personnel navigant.

Utilisation à l'étranger

La Télécommande 2.0 est approuvée pour un fonctionnement sur des fréquences radio spécifiques à votre pays ou région et peut ne pas l'être pour une utilisation en dehors de votre pays ou région.

Veillez noter que son utilisation lors d'un voyage à l'étranger est susceptible de causer des interférences avec d'autres appareils électroniques ou que d'autres appareils électroniques peuvent causer des interférences avec votre Télécommande 2.0.

10 % HR  95 % HR 60 °C
-20 °C

Votre Télécommande 2.0 est conçue pour fonctionner à une température comprise entre -20 °C et +60 °C, à un taux d'humidité relative compris entre 10 % et 95 % et à des plages de pression allant de 70 kPa à 106 kPa (équivalent à des altitudes allant de 380 m au-dessous du niveau de la mer à 3 000 m).

Votre Télécommande 2.0 est conçue pour être transportée à une température comprise entre -40 °C et +60 °C, à un taux d'humidité relative compris entre 10 % et 95 % et à des plages de pression allant de 70 kPa à 106 kPa (équivalent à des altitudes allant de 380 m au-dessous du niveau de la mer à 3 000 m).

Nous sommes tenus par les exigences réglementaires de faire part des avertissements suivants :

▲ AVERTISSEMENT : L'utilisation de la Télécommande 2.0 à proximité immédiate d'un autre appareil électronique doit être évitée, ses performances pouvant s'en trouver altérées. Si cette utilisation s'avère indispensable, vérifiez que vos aides auditives et l'autre appareil fonctionnent normalement.

▲ AVERTISSEMENT : L'utilisation d'accessoires, composants ou pièces de rechange autres que ceux fournis par le fabricant de la Télécommande 2.0 peut entraîner une hausse des émissions électromagnétiques et/ou une baisse de l'immunité électromagnétique et induire une détérioration des performances.

▲ AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un dispositif portatif de communication à radiofréquence dans un rayon de moins de 30 cm de votre Télécommande 2.0 peut en détériorer les performances. Si tel est le cas, éloignez-vous de cet appareil de communication.

La Télécommande 2.0 possède un indice de protection IP 52 conformément à la norme CEI 60529. Cela signifie que la Télécommande 2.0 est protégée contre la poussière.

Ne connectez pas la Télécommande 2.0 à un appareil externe. La durée de vie prévue de la Télécommande 2.0 est de 3 ans.

Description technique de la technologie sans fil

La Télécommande 2.0 de Starkey fonctionne sur la bande de fréquences de 2,4 à 2,4835 GHz, avec une PIRE de 3 dBm et une modulation de transmission de type 1M06F1W. La partie réceptrice de la radio a une bande passante de 2 MHz.

La Télécommande 2.0 a subi et satisfait les essais d'émissions et d'immunité suivants :

- exigences de la norme CEI 60601-1-2 en matière d'émissions rayonnées et conduites pour un dispositif de groupe 1, classe B comme indiqué dans la norme CISPR 11 ;
- immunité rayonnée aux FR à un niveau de champ de 10 V/m compris entre 80 MHz et 2,7 GHz ainsi qu'à des niveaux de champ supérieurs émis par des appareils de communication, comme indiqué au Tableau 9 de la norme CEI 60601-1-2 ;
- immunité aux champs magnétiques à la fréquence du réseau à un niveau de champ de 30 A/m et aux champs magnétiques de proximité, comme indiqué au Tableau 11 de la norme CEI 60601-1-2 ;
- immunité aux décharges électrostatiques de +/- 8 kV – émission transmise par conduction – et +/- 15 kV – décharge dans l'air ;

DÉCLARATION D'ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES AU SEIN DE L'UE

Tout incident grave survenu en lien avec votre dispositif doit être signalé à votre représentant Starkey local et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous

êtes établi. Un incident grave est défini comme tout mauvais fonctionnement, détérioration des caractéristiques et/ou des performances du dispositif, ou lacune dans le mode d'emploi/ étiquetage susceptible d'entraîner la mort ou une détérioration grave de l'état de santé de l'utilisateur OU susceptible de le faire en cas de répétition.

Informations FCC

AVIS SANS FIL

FCC ID: EOA-24WR

IC : 6903A-24WR (modèle 610)

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC et aux normes RSS sans licence d'ISDE Canada. Leur utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ces appareils ne doivent pas causer d'interférences nuisibles ; et (2) ces appareils doivent accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'en causer un mauvais fonctionnement.


REMARQUE : le fabricant ne saurait être tenu responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Starkey Laboratories, Inc. déclare par la présente que la Télécommande 2.0 est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Il est possible d'obtenir une copie de la déclaration de conformité aux adresses suivantes et sur docs.starkeyhearingtechnologies.com

Starkey Laboratories, Inc. déclare par la présente que la Télécommande 2.0 est en conformité avec le règlement britannique sur les équipements radio SI 2017, tel que modifié. Un exemplaire de la déclaration de conformité britannique peut être obtenu aux adresses suivantes et sur docs.starkeyhearingtechnologies.com

Informations réglementaires

Pour tout entretien ou réparation, veuillez d'abord contacter votre audioprothésiste. Si nécessaire, vos aides auditives peuvent être envoyées à :

 **Starkey Laboratories, Inc.**
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 États-Unis
www.starkey.com



Starkey (Allemagne) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hambourg
Allemagne

Représentant autorisé au
Royaume-Uni :
Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX,
Royaume-Uni
www.starkey.co.uk



Consulter le mode d'emploi



À conserver au sec



StarLink et Starkey sont des marques déposées de
Starkey Laboratories, Inc.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés.
P00003335 9/23 BKLT3201-00-FR-XX

Brevet : www.starkey.com/patents